Certificate of Analysis

Product	Boule Micropipette Plastic EDTA 10x100 pcs Boule Micropipette Plastic EDTA 1x100 pcs
Product No	**1070030** **1070039**
Lot No	203945K3
Manufacturing Date	2021-04-13
Expiration Date	2024-03-30

Parameter	**Specification**
Volume 20 µL	CV ≤ 1,0%
WBC background	≤ 0,2 x 10^9/L
RBC background	≤ 0,03 x 10^{12}/L
HGB background	≤ 0,2 x g/dL
PLT background	≤ 10 x 10^9/L

Actual value meets specification.

BOULE MEDICAL AB
Boule
STOCKHOLM SWEDEN

Date: 2021-05-26

Pernilla Hammarstedt Rydberg
Quality Assurance

This product is intended for Laboratory use only unless otherwise specifically stated.
All information in this document is property of Boule Medical AB.

Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden
E-mail: info@boule.com
www.boule.com

CE