

# Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Control	Lot	
Tri-Level	22407-1K	2024-11-28
Low	22407-11	2024-11-28
Normal	22407-12	2024-11-28
High	22407-13	2024-12-02

Open vial stability 14 days <sup>1</sup>

MEDONIC		CONTROL	L
Medonic M-series/M32		LOT	22407-11
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
RBC	10 <sup>12</sup> /L	2.23	0.12
MCV	fL	65.8	5.0
RDW	%	15.0	4.0
Hct	%	14.7	2.5
Plt	10 <sup>9</sup> /L	81	15
MPV	fL	11.0	1.5
WBC	10 <sup>9</sup> /L	3.3	0.3
Hgb	g/dL	5.5	0.3
MCH	pg	24.7	1.5
MCHC	g/dL	37.4	3.0
Lymph#	10 <sup>9</sup> /L	1.5	0.4
Mid#	10 <sup>9</sup> /L	0.2	0.3
Gran#	10 <sup>9</sup> /L	1.6	0.8
Lymph	%	45.8	7.0
Mid	%	5.7	5.0
Gran	%	48.5	7.0

CONTROL	N	
LOT	22407-12	
	Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
	4.18	0.18
	84.4	5.0
	14.3	4.0
	35.3	3.0
	232	30
	11.5	1.5
	8.3	0.6
	12.4	0.4
	29.7	1.5
	35.1	3.0
	3.9	0.6
	0.5	0.5
	3.9	1.0
	46.9	5.0
	6.4	5.0
	46.7	5.0

CONTROL	H	
LOT	22407-13	
	Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
	5.11	0.22
	91.3	5.0
	13.9	4.0
	46.7	3.5
	499	60
	11.6	1.5
	21.0	1.8
	16.0	0.5
	31.3	1.5
	34.3	3.0
	12.8	1.5
	1.2	1.0
	7.0	2.5
	60.9	5.0
	5.9	5.0
	33.2	5.0

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
  - hr Stabilnost otvorene bočice 14 dani (hr)
  - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
  - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
  - et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
  - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
  - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
  - el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
  - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
  - lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
  - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
  - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
  - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
  - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
  - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
  - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
  - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
  - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
  - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
  - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
  - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
  - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
  - Sredstvo
  - Průměr
  - Middelværdi
  - Keskmine
  - Moyenne
  - Mittelwert
  - Μέση
  - Media
  - Nozīmē
  - Vidurkis
  - Middelverdi
  - Średnia
  - Média
  - Medie
  - Среднее
  - Srednja vrednost
  - Priemer
  - Povprečno
  - Media
  - Medelvärde
  - Ortalama

- 3
- Обхват
  - Raspon
  - Rozsah
  - Område
  - Vahemik
  - Intervalle
  - Bereich
  - Αναμενόμενο εύρος α
  - Intervallo
  - Diapazons
  - Intervalas
  - Område
  - Zakres
  - Intervalo
  - Interval
  - диапазон
  - Opseg
  - Rozsah
  - Območje
  - Intervalo
  - Intervall
  - Aralığı

# For Medonic M-series / M32 with barcode reader

## M-Series:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

## M32:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.:	M-series	Instr.:	M-series	Instr.:	M-series
Lot:	22407-11	Lot:	22407-12	Lot:	22407-13
Prod.:	Con-Diff Low	Prod.:	Con-Diff Norm	Prod.:	Con-Diff High
ID:	2240711+	ID:	2240712+	ID:	2240713+
Exp.:	28-Nov-2024	Exp.:	28-Nov-2024	Exp.:	2-Dec-2024

1:	 Bou l e C B A V 2	 Bou l e C B A V 2	 Bou l e C B A V 2
2:	 2240711+	 2240712+	 2240713+
3:	 24112800001153030000	 24112800002153030000	 24120200003153030000
4:	 10004031600000000000	 10004030900000000000	 10004030100000000000
5:	 22312658500550314725	 41818844501240435330	 51122913501600546735
6:	 08115110152471537430	 23230115152971535130	 49960116153131534330
7:	 03303015040020301608	 08306039060050503910	 21018128150121007025
8:	 15040458700575048570	 14340469500645046750	 13940609500595033250
9:	 11117799730945043739	 11114644644638708750	 11114488023763723955

# Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Control	Lot	
Tri-Level	22407-1K	2024-11-28
Low	22407-11	2024-11-28
Normal	22407-12	2024-11-28
High	22407-13	2024-12-02

Open vial stability 14 days <sup>1</sup>

**SWELAB**

CONTROL		L	
LOT		22407-11	
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
Swelab Alfa/Alfa Plus	10 <sup>12</sup> /L	2.26	0.12
RBC	fL	67.6	5.0
MCV	fL	14.4	4.0
RDW	%	15.3	2.5
Hct	%	85	15
Plt	10 <sup>9</sup> /L	12.1	1.5
MPV	fL	3.2	0.3
WBC	10 <sup>9</sup> /L	5.6	0.3
Hgb	g/dL	24.8	1.5
MCH	pg	36.6	3.0
MCHC	g/dL	1.6	0.4
Lymph#	10 <sup>9</sup> /L	0.1	0.3
Mid#	10 <sup>9</sup> /L	1.5	0.8
Gran#	10 <sup>9</sup> /L	49.2	7.0
Lymph	%	4.1	5.0
Mid	%	46.7	7.0
Gran	%		

CONTROL		N	
LOT		22407-12	
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
		4.23	0.18
		86.2	5.0
		13.2	4.0
		36.5	3.0
		245	30
		12.5	1.5
		8.4	0.6
		12.6	0.4
		29.8	1.5
		34.5	3.0
		4.3	0.6
		0.4	0.5
		3.7	1.0
		51.2	5.0
		4.4	5.0
		44.4	5.0

CONTROL		H	
LOT		22407-13	
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
		5.14	0.22
		92.9	5.0
		12.8	4.0
		47.8	3.5
		525	60
		12.7	1.5
		21.1	1.8
		16.1	0.5
		31.3	1.5
		33.7	3.0
		13.5	1.5
		0.8	1.0
		6.8	2.5
		63.9	5.0
		3.9	5.0
		32.2	5.0

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
  - hr Stabilnost otvorene bočice 14 dani (hr)
  - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
  - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
  - et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
  - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
  - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
  - el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
  - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
  - lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
  - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
  - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
  - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
  - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
  - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
  - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
  - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
  - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
  - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
  - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
  - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
  - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
  - Sredstvo
  - Průměr
  - Middelverdi
  - Keskmine
  - Moyenne
  - Mittelwert
  - Μέση
  - Media
  - Nozīmē
  - Vidurkis
  - Middelverdi
  - Średnia
  - Média
  - Medie
  - Среднее
  - Srednja vrednost
  - Priemer
  - Povprečno
  - Media
  - Medelvärde
  - Ortalama

- 3
- Обхват
  - Raspon
  - Rozsah
  - Område
  - Vahemik
  - Intervalle
  - Bereich
  - Αναμενόμενο εύρος α
  - Intervallo
  - Diapazons
  - Intervalas
  - Område
  - Zakres
  - Intervalo
  - Interval
  - диапазон
  - Orseg
  - Rozsah
  - Območje
  - Intervalo
  - Intervall
  - Aralığı

## For Swelab Alfa / Alfa Plus with barcode reader

### Alfa:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

### Alfa Plus:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22407-11  
Prod.: Con-Diff Low  
ID: 2240711+  
Exp.: 28-Nov-2024

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22407-12  
Prod.: Con-Diff Norm  
ID: 2240712+  
Exp.: 28-Nov-2024

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22407-13  
Prod.: Con-Diff High  
ID: 2240713+  
Exp.: 2-Dec-2024

