

Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Open vial stability 14 days ¹

Control	Lot	
Tri-Level	--	--
Low	22407-41	2024-11-28
Normal	22407-42	2024-11-28
High	22407-43	2024-12-02

MEDONIC

Medonic M-series/M32		CONTROL	
		LOT	L 22407-41
		Mean ²	± Range ³
RBC	10 ¹² /L	2.23	0.12
MCV	fL	65.8	5.0
RDW	%	15.0	4.0
Hct	%	14.7	2.5
Plt	10 ⁹ /L	81	15
MPV	fL	11.0	1.5
WBC	10 ⁹ /L	3.3	0.3
Hgb	g/dL	5.5	0.3
MCH	pg	24.7	1.5
MCHC	g/dL	37.4	3.0
Lymph#	10 ⁹ /L	1.5	0.4
Mid#	10 ⁹ /L	0.2	0.3
Gran#	10 ⁹ /L	1.6	0.8
Lymph	%	45.8	7.0
Mid	%	5.7	5.0
Gran	%	48.5	7.0

	CONTROL	
	LOT	N 22407-42
	Mean ²	± Range ³
	4.18	0.18
	84.4	5.0
	14.3	4.0
	35.3	3.0
	232	30
	11.5	1.5
	8.3	0.6
	12.4	0.4
	29.7	1.5
	35.1	3.0
	3.9	0.6
	0.5	0.5
	3.9	1.0
	46.9	5.0
	6.4	5.0
	46.7	5.0

	CONTROL	
	LOT	H 22407-43
	Mean ²	± Range ³
	5.11	0.22
	91.3	5.0
	13.9	4.0
	46.7	3.5
	499	60
	11.6	1.5
	21.0	1.8
	16.0	0.5
	31.3	1.5
	34.3	3.0
	12.8	1.5
	1.2	1.0
	7.0	2.5
	60.9	5.0
	5.9	5.0
	33.2	5.0

1

bg	Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
hr	Stabilnost otvorene bočice 14 dani (hr)
cs	Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
da	Åben rør stabilitet 14 dage (da)
et	Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
fr	Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
de	Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
el	Διάρκηση δείγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
it	Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
lv	Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
lt	Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
no	Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
pl	Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
pt	Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
ro	Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
ru	Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
sr	Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
sk	Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
sl	Stabilita otvorenej injekčneje liekovky 14 dni (sl)
es	Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
sv	Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
tr	Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

2

	Средно
	Sredstvo
	Průměr
	Middelværdi
	Keskmine
	Moyenne
	Mittelwert
	Μέση
	Media
	Nozīmē
	Vidurkis
	Middelverdi
	Średnia
	Média
	Medie
	Среднее
	Srednja vrednost
	Priemer
	Povprečno
	Media
	Medelvärde
	Ortalama

3

	Обхват
	Raspon
	Rozsah
	Område
	Vahemik
	Intervalle
	Bereich
	Αναμενόμενο εύρος α
	Intervallo
	Diapazons
	Intervalas
	Område
	Zakres
	Intervalo
	Interval
	диапазон
	Opseg
	Rozsah
	Območje
	Intervall
	Intervall
	Aralığı

For Medonic M-series / M32 with barcode reader



















M-Series:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

M32:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: M-series	Instr.: M-series	Instr.: M-series
Lot: 22407-41	Lot: 22407-42	Lot: 22407-43
Prod.: Con-Diff Low	Prod.: Con-Diff Norm	Prod.: Con-Diff High
ID: 2240741+	ID: 2240742+	ID: 2240743+
Exp.: 28-Nov-2024	Exp.: 28-Nov-2024	Exp.: 2-Dec-2024

1:  B o u l e C B A V 2	 B o u l e C B A V 2	 B o u l e C B A V 2
2:  2240741+	 2240742+	 2240743+
3:  24112800001153030000	 24112800002153030000	 24120200003153030000
4:  10004031600000000000	 10004030900000000000	 10004030100000000000
5:  22312658500550314725	 41818844501240435330	 51122913501600546735
6:  08115110152471537430	 23230115152971535130	 49960116153131534330
7:  03303015040020301608	 08306039060050503910	 21018128150121007025
8:  15040458700575048570	 14340469500645046750	 13940609500595033250
9:  11117610686946003368	 11115413280185796985	 11111827418120772178

Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Control	Lot	
Tri-Level	--	--
Low	22407-41	2024-11-28
Normal	22407-42	2024-11-28
High	22407-43	2024-12-02

Open vial stability 14 days ¹

SWELAB

Swelab Alfa/Alfa Plus	CONTROL LOT	L 22407-41	
		Mean ²	± Range ³
RBC	10 ¹² /L	2.26	0.12
MCV	fL	67.6	5.0
RDW	%	14.4	4.0
Hct	%	15.3	2.5
Plt	10 ⁹ /L	85	15
MPV	fL	12.1	1.5
WBC	10 ⁹ /L	3.2	0.3
Hgb	g/dL	5.6	0.3
MCH	pg	24.8	1.5
MCHC	g/dL	36.6	3.0
Lymph#	10 ⁹ /L	1.6	0.4
Mid#	10 ⁹ /L	0.1	0.3
Gran#	10 ⁹ /L	1.5	0.8
Lymph	%	49.2	7.0
Mid	%	4.1	5.0
Gran	%	46.7	7.0

CONTROL LOT	N 22407-42	
	Mean ²	± Range ³
	4.23	0.18
	86.2	5.0
	13.2	4.0
	36.5	3.0
	245	30
	12.5	1.5
	8.4	0.6
	12.6	0.4
	29.8	1.5
	34.5	3.0
	4.3	0.6
	0.4	0.5
	3.7	1.0
	51.2	5.0
	4.4	5.0
	44.4	5.0

CONTROL LOT	H 22407-43	
	Mean ²	± Range ³
	5.14	0.22
	92.9	5.0
	12.8	4.0
	47.8	3.5
	525	60
	12.7	1.5
	21.1	1.8
	16.1	0.5
	31.3	1.5
	33.7	3.0
	13.5	1.5
	0.8	1.0
	6.8	2.5
	63.9	5.0
	3.9	5.0
	32.2	5.0

1

bg	Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
hr	Stabilnost otvorene bočice 14 dani (hr)
cs	Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
da	Åben rør stabilitet 14 dage (da)
et	Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
fr	Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
de	Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
el	Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
it	Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
lv	Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
lt	Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
no	Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
pl	Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
pt	Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
ro	Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
ru	Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
sr	Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
sk	Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
sl	Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
es	Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
sv	Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
tr	Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

2

	Средно
	Sredstvo
	Průměr
	Middelverdi
	Keskmine
	Moyenne
	Mittelwert
	Μέση
	Media
	Nozīmē
	Vidurkis
	Middelverdi
	Średnia
	Média
	Medie
	Среднее
	Srednja vrednost
	Priemer
	Povprečno
	Media
	Medelvärde
	Ortalama

3

	Обхват
	Raspon
	Rozsah
	Område
	Vahemik
	Intervalle
	Bereich
	Αναμενόμενο εύρος α
	Intervallo
	Diapazons
	Intervalas
	Område
	Zakres
	Intervalo
	Interval
	диапазон
	Orseg
	Rozsah
	Območje
	Intervall
	Aralığı

For Swelab Alfa / Alfa Plus with barcode reader

Alfa:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

Alfa Plus:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: Swelab Alfa
Lot: 22407-41
Prod.: Con-Diff Low
ID: 2240741+
Exp.: 28-Nov-2024

Instr.: Swelab Alfa
Lot: 22407-42
Prod.: Con-Diff Norm
ID: 2240742+
Exp.: 28-Nov-2024

Instr.: Swelab Alfa
Lot: 22407-43
Prod.: Con-Diff High
ID: 2240743+
Exp.: 2-Dec-2024

