

# Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Control	Lot	
Tri-Level	22408-1K	2025-01-06
Low	22408-11	2025-01-06
Normal	22408-12	2025-01-06
High	22408-13	2025-01-06

Open vial stability 14 days <sup>1</sup>

MEDONIC		CONTROL	L
Medonic M-series/M32		LOT	22408-11
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
RBC	10 <sup>12</sup> /L	2.30	0.12
MCV	fL	65.7	5.0
RDW	%	15.2	4.0
Hct	%	15.1	2.5
Plt	10 <sup>9</sup> /L	83	15
MPV	fL	11.1	1.5
WBC	10 <sup>9</sup> /L	3.4	0.3
Hgb	g/dL	5.6	0.3
MCH	pg	24.3	1.5
MCHC	g/dL	37.1	3.0
Lymph#	10 <sup>9</sup> /L	1.5	0.4
Mid#	10 <sup>9</sup> /L	0.2	0.3
Gran#	10 <sup>9</sup> /L	1.7	0.8
Lymph	%	44.3	7.0
Mid	%	6.2	5.0
Gran	%	49.5	7.0

CONTROL	N
LOT	22408-12
Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
4.12	0.18
86.0	5.0
14.2	4.0
35.4	3.0
238	30
11.8	1.5
8.6	0.6
12.4	0.4
30.1	1.5
35.0	3.0
4.0	0.6
0.6	0.5
4.0	1.0
46.6	5.0
6.8	5.0
46.6	5.0

CONTROL	H
LOT	22408-13
Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
5.08	0.22
92.7	5.0
14.3	4.0
47.1	3.5
533	60
11.6	1.5
20.7	1.8
16.1	0.5
31.7	1.5
34.2	3.0
12.5	1.5
1.3	1.0
6.9	2.5
60.5	5.0
6.2	5.0
33.3	5.0

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
  - hr Stabilnost otvorene bočice 14 dani (hr)
  - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
  - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
  - et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
  - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
  - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
  - el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
  - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
  - lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
  - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
  - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
  - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
  - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
  - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
  - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
  - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
  - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
  - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
  - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
  - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
  - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
  - Sredstvo
  - Průměr
  - Middelverdi
  - Keskmine
  - Moyenne
  - Mittelwert
  - Μέση
  - Media
  - Nozīmē
  - Vidurkis
  - Middelverdi
  - Średnia
  - Média
  - Medie
  - Среднее
  - Srednja vrednost
  - Priemer
  - Povprečno
  - Media
  - Medelvärde
  - Ortalama

- 3
- Обхват
  - Raspon
  - Rozsah
  - Område
  - Vahemik
  - Intervalle
  - Bereich
  - Αναμενόμενο εύρος α
  - Intervallo
  - Diapazons
  - Intervalas
  - Område
  - Zakres
  - Intervalo
  - Interval
  - диапазон
  - Opseg
  - Rozsah
  - Območje
  - Intervalo
  - Intervall
  - Aralığı

# For Medonic M-series / M32 with barcode reader

**M-Series:**

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

**M32:**

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: M-series  
 Lot: 22408-11  
 Prod.: Con-Diff Low  
 ID: 2240811+  
 Exp.: 6-Jan-2025

Instr.: M-series  
 Lot: 22408-12  
 Prod.: Con-Diff Norm  
 ID: 2240812+  
 Exp.: 6-Jan-2025

Instr.: M-series  
 Lot: 22408-13  
 Prod.: Con-Diff High  
 ID: 2240813+  
 Exp.: 6-Jan-2025



# Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Control	Lot	
Tri-Level	22408-1K	2025-01-06
Low	22408-11	2025-01-06
Normal	22408-12	2025-01-06
High	22408-13	2025-01-06

Open vial stability 14 days <sup>1</sup>

**SWELAB**

CONTROL		L	
LOT		22408-11	
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
Swelab Alfa/Alfa Plus	10 <sup>12</sup> /L	2.31	0.12
RBC	fL	67.5	5.0
MCV	fL	14.5	4.0
RDW	%	15.6	2.5
Hct	%	83	15
Plt	10 <sup>9</sup> /L	12.1	1.5
MPV	fL	3.3	0.3
WBC	10 <sup>9</sup> /L	5.7	0.3
Hgb	g/dL	24.7	1.5
MCH	pg	36.5	3.0
MCHC	g/dL	1.6	0.4
Lymph#	10 <sup>9</sup> /L	0.2	0.3
Mid#	10 <sup>9</sup> /L	1.5	0.8
Gran#	10 <sup>9</sup> /L	48.8	7.0
Lymph	%	4.8	5.0
Mid	%	46.4	7.0
Gran	%		

CONTROL		N	
LOT		22408-12	
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
		4.14	0.18
		87.7	5.0
		12.7	4.0
		36.3	3.0
		243	30
		12.8	1.5
		8.5	0.6
		12.4	0.4
		30.0	1.5
		34.2	3.0
		4.3	0.6
		0.4	0.5
		3.8	1.0
		50.8	5.0
		4.2	5.0
		45.0	5.0

CONTROL		H	
LOT		22408-13	
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
		5.09	0.22
		94.1	5.0
		13.1	4.0
		47.9	3.5
		548	60
		12.8	1.5
		20.4	1.8
		16.1	0.5
		31.6	1.5
		33.6	3.0
		13.0	1.5
		0.8	1.0
		6.6	2.5
		63.9	5.0
		3.8	5.0
		32.3	5.0

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
  - hr Stabilitnost otvorene bočice 14 dani (hr)
  - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
  - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
  - et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
  - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
  - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
  - el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
  - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
  - lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
  - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
  - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
  - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
  - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
  - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
  - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
  - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
  - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
  - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
  - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
  - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
  - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
  - Sredstvo
  - Průměr
  - Middelverdi
  - Keskmine
  - Moyenne
  - Mittelwert
  - Μέση
  - Media
  - Nozīmē
  - Vidurkis
  - Middelverdi
  - Średnia
  - Média
  - Medie
  - Среднее
  - Srednja vrednost
  - Priemer
  - Povprečno
  - Media
  - Medelvärde
  - Ortalama

- 3
- Обхват
  - Raspon
  - Rozsah
  - Område
  - Vahemik
  - Intervalle
  - Bereich
  - Αναμενόμενο εύρος α
  - Intervallo
  - Diapazons
  - Intervalas
  - Område
  - Zakres
  - Intervalo
  - Interval
  - диапазон
  - Orseg
  - Rozsah
  - Območje
  - Intervalo
  - Intervall
  - Aralığı

## For Swelab Alfa / Alfa Plus with barcode reader

### Alfa:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

### Alfa Plus:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22408-11  
Prod.: Con-Diff Low  
ID: 2240811+  
Exp.: 6-Jan-2025

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22408-12  
Prod.: Con-Diff Norm  
ID: 2240812+  
Exp.: 6-Jan-2025

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22408-13  
Prod.: Con-Diff High  
ID: 2240813+  
Exp.: 6-Jan-2025

