

Boule H50V

Boule Vet-Con-5Diff Normal

CONTROL N**LOT**

42505-12

2025-07-05

www.boule.comOpen vial stability: 13 days¹

Parameter ²	Unit ³
WBC (WOC)	10 ⁹ /L
WBC (WIC)	10 ⁹ /L
Neu%	%
Lym%	%
Mon%	%
Eos%	%
Baso%	%
Neu#	10 ⁹ /L
Lym#	10 ⁹ /L
Mon#	10 ⁹ /L
Eos#	10 ⁹ /L
Baso#	10 ⁹ /L
RBC	10 ¹² /L
HGB	g/dL
HCT	%
MCV	fL
MCH	pg
MCHC	g/dL
RDW-CV	%
PLT	10 ⁹ /L
MPV	fL

Normal	
Mean ⁴	± Range ⁵
7.69	1.00
8.26	1.00
65.98	8.00
21.54	8.00
7.85	5.00
4.26	6.00
0.38	10.00
5.452	0.700
1.779	0.800
0.647	0.500
0.351	0.600
0.031	0.800
4.39	0.30
13.4	0.6
35.1	3.0
80.2	5.0
30.5	2.5
38.1	3.0
16.4	3.0
247	40
8.4	3.0

1
bg Трайност на отворен флакон: 13 дни
cs Stabilita otevřené ampulky: 13 dny
da Åben rør stabilitet: 13 dage
de Stabilität geöffneter Flaschen: 13 tage
el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση: 13 ημέρα
es Estabilidad de la cápsula abierta: 13 días
et Stabiilsus avatud vialis: 13 päevade arv
fr Stabilité en flacon ouvert: 13 jour
hr Stabilnost otvorene bočice: 13 dani
it Stabilità della fiala aperta: 13 giorni
lt Stabilumas atidarius buteliuką: 13 dienų
lv Atvērt flakonū stabilitāte: 13 dienas
no Åpen rør/glass stabilitet: 13 dager
pl Trwałość po otwarciu fioleki: 13 Liczba dni
pt Estabilidade após abertura do frasco: 13 dias
ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcută: 13 zile
ru Стабильность вскрытого флакона: 13 дней
sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky: 13 dní
sl Stabilnost odprte stekleničke: 13 dni
sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja: 13 dana
sv Hållbarhet för öppnad flaska: 13 dagar
tr Açık şişe stabilitesi gün: 13 gün

2
Параметър
Parameter
Parameter
Parameter
Παράμετρος
Parámetro
Parameeter
Paramètre
Parametar
Parametro
Parametras
Parameters
Parameter
Kryterium
Parâmetro
Parametru
Параметр
Parameter
Parameter
Parameter
Parameter
Parameter
Parameter

3
Единица
Jednotka
Enhed
Einheit
Μονάδα
Unidad
Ühik
Unité
Jedinica
Unità
Vienetas
Vienība
Enhet
Jednostka
Unidade
Unitate
Единица измерения
Jednotka
Enota
Jedinica
Enhet
Birim

4
Средно
Průměr
Middelværdi
Mittelwert
Μέση
Media
Keskmine
Moyenne
Sredstvo
Media
Vidurkis
Nozīmē
Middelverdi
Średnia
Média
Medie
Среднее
Priemer
Povprečno
Srednja vrednost
Medelvärde
Ortalama

5
Обхват
Rozsah
Område
Bereich
Αναμενόμενο εύρος α
Intervalo
Vahemik
Intervalle
Raspon
Intervallo
Intervalas
Diapazons
Område
Zakres
Intervalo
Interval
диапазон
Rozsah
Območje
Opseg
Intervall
Aralığı

Template id: 45025-5


Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden