

# Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Control	Lot	
Tri-Level	22501-1K	2025-06-02
Low	22501-11	2025-06-02
Normal	22501-12	2025-06-02
High	22501-13	2025-06-06

Open vial stability 14 days <sup>1</sup>

MEDONIC		CONTROL	L
Medonic M-series/M32		LOT	22501-11
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
RBC	10 <sup>12</sup> /L	2.21	0.12
MCV	fL	66.0	5.0
RDW	%	14.8	4.0
Hct	%	14.6	2.5
Plt	10 <sup>9</sup> /L	80	15
MPV	fL	11.7	1.5
WBC	10 <sup>9</sup> /L	3.4	0.3
Hgb	g/dL	5.4	0.3
MCH	pg	24.4	1.5
MCHC	g/dL	37.0	3.0
Lymph#	10 <sup>9</sup> /L	1.5	0.4
Mid#	10 <sup>9</sup> /L	0.2	0.3
Gran#	10 <sup>9</sup> /L	1.7	0.8
Lymph	%	42.8	7.0
Mid	%	6.0	5.0
Gran	%	51.2	7.0

CONTROL	N	
LOT	22501-12	
	Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
	4.17	0.18
	78.6	5.0
	14.9	4.0
	32.8	3.0
	242	30
	11.8	1.5
	8.5	0.6
	11.7	0.4
	28.1	1.5
	35.7	3.0
	3.9	0.6
	0.6	0.5
	4.0	1.0
	46.4	5.0
	7.0	5.0
	46.6	5.0

CONTROL	H	
LOT	22501-13	
	Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
	5.10	0.22
	93.3	5.0
	13.7	4.0
	47.6	3.5
	535	60
	12.1	1.5
	20.9	1.8
	16.4	0.5
	32.2	1.5
	34.5	3.0
	12.9	1.5
	1.2	1.0
	6.8	2.5
	61.7	5.0
	5.7	5.0
	32.6	5.0

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
  - hr Stabilnost otvorene bočice 14 dani (hr)
  - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
  - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
  - et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
  - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
  - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
  - el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
  - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
  - lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
  - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
  - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
  - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
  - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
  - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
  - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
  - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
  - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
  - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
  - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
  - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
  - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
  - Sredstvo
  - Průměr
  - Middelverdi
  - Keskmine
  - Moyenne
  - Mittelwert
  - Μέση
  - Media
  - Nozīmē
  - Vidurkis
  - Middelverdi
  - Średnia
  - Média
  - Medie
  - Среднее
  - Srednja vrednost
  - Priemer
  - Povprečno
  - Media
  - Medelvärde
  - Ortalama

- 3
- Обхват
  - Raspon
  - Rozsah
  - Område
  - Vahemik
  - Intervalle
  - Bereich
  - Αναμενόμενο εύρος α
  - Intervallo
  - Diapazons
  - Intervalas
  - Område
  - Zakres
  - Intervalo
  - Interval
  - диапазон
  - Opseg
  - Rozsah
  - Območje
  - Intervalo
  - Intervall
  - Aralığı

# For Medonic M-series / M32 with barcode reader

**M-Series:**

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

**M32:**

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: M-series  
 Lot: 22501-11  
 Prod.: Con-Diff Low  
 ID: 2250111+  
 Exp.: 2-Jun-2025

Instr.: M-series  
 Lot: 22501-12  
 Prod.: Con-Diff Norm  
 ID: 2250112+  
 Exp.: 2-Jun-2025

Instr.: M-series  
 Lot: 22501-13  
 Prod.: Con-Diff High  
 ID: 2250113+  
 Exp.: 6-Jun-2025



# Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Control	Lot	
Tri-Level	22501-1K	2025-06-02
Low	22501-11	2025-06-02
Normal	22501-12	2025-06-02
High	22501-13	2025-06-06

Open vial stability 14 days <sup>1</sup>

## SWELAB

CONTROL		L	
LOT		22501-11	
Swelab Alfa/Alfa Plus		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
RBC	10 <sup>12</sup> /L	2.24	0.12
MCV	fL	67.4	5.0
RDW	%	14.0	4.0
Hct	%	15.1	2.5
Plt	10 <sup>9</sup> /L	80	15
MPV	fL	12.3	1.5
WBC	10 <sup>9</sup> /L	3.5	0.3
Hgb	g/dL	5.5	0.3
MCH	pg	24.6	1.5
MCHC	g/dL	36.4	3.0
Lymph#	10 <sup>9</sup> /L	1.6	0.4
Mid#	10 <sup>9</sup> /L	0.1	0.3
Gran#	10 <sup>9</sup> /L	1.8	0.8
Lymph	%	46.7	7.0
Mid	%	3.2	5.0
Gran	%	50.1	7.0

CONTROL		N	
LOT		22501-12	
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
		4.19	0.18
		80.0	5.0
		13.7	4.0
		33.5	3.0
		244	30
		12.5	1.5
		8.6	0.6
		11.7	0.4
		27.9	1.5
		34.9	3.0
		4.3	0.6
		0.4	0.5
		3.9	1.0
		50.1	5.0
		4.2	5.0
		45.7	5.0

CONTROL		H	
LOT		22501-13	
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
		5.11	0.22
		94.6	5.0
		12.9	4.0
		48.3	3.5
		559	60
		12.8	1.5
		20.9	1.8
		16.4	0.5
		32.1	1.5
		34.0	3.0
		13.5	1.5
		0.7	1.0
		6.7	2.5
		64.7	5.0
		3.4	5.0
		31.9	5.0

- 1
- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
  - hr Stabilnost otvorene bočice 14 dani (hr)
  - cs Stabilita otevřené ampulky 14 dní (cs)
  - da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
  - et Stabiilsus avatud viaalis 14 päevade (et)
  - fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
  - de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
  - el Διατήρηση δείγματος μετά την αεροσφράγιση 14 ημέρα (el)
  - it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
  - lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
  - lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
  - no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
  - pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
  - pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
  - ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute 14 zile (ro)
  - ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
  - sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
  - sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
  - sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
  - es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
  - sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
  - tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

- 2
- Средно
  - Sredstvo
  - Průměr
  - Middelverdi
  - Keskmine
  - Moyenne
  - Mittelwert
  - Μέση
  - Media
  - Nozīmē
  - Vidurkis
  - Middelverdi
  - Średnia
  - Média
  - Medie
  - Среднее
  - Srednja vrednost
  - Priemer
  - Povprečno
  - Media
  - Medelvärde
  - Ortalama

- 3
- Обхват
  - Raspon
  - Rozsah
  - Område
  - Vahemik
  - Intervalle
  - Bereich
  - Αναμενόμενο εύρος α
  - Intervallo
  - Diapazons
  - Intervalas
  - Område
  - Zakres
  - Intervalo
  - Interval
  - диапазон
  - Orseg
  - Rozsah
  - Območje
  - Intervalo
  - Intervall
  - Aralığı

## For Swelab Alfa / Alfa Plus with barcode reader

### Alfa:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

### Alfa Plus:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22501-11  
Prod.: Con-Diff Low  
ID: 2250111+  
Exp.: 2-Jun-2025

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22501-12  
Prod.: Con-Diff Norm  
ID: 2250112+  
Exp.: 2-Jun-2025

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22501-13  
Prod.: Con-Diff High  
ID: 2250113+  
Exp.: 6-Jun-2025

