

Boule Cal-5Diff A1

CAL**IVD****LOT**

72507-44

2025/10/05

Open vial stability: 7 days¹

Medonic M51 / Swelab Lumi

Parameter ²	WBC 10 ⁹ /L	RBC 10 ¹² /L	HGB g/L	MCV fL	PLT 10 ⁹ /L
Mean ³ Analyzer A	9.14	4.51	131	90.0	250
Mean ³ Analyzer B	8.88	4.46	131	90.5	249
± Range ⁴	0.30	0.10	3	2.0	12

1

bg Трайност на отворен флакон: 7 дни
cs Stabilita otevřené ampulky: 7 dní
da Åben rør stabilitet: 7 dage
de Stabilität geöffneter Flaschen: 7 Tage
el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση: 7 ημέρα
es Estabilidad de la cápsula abierta: 7 días
et Stabiilsus avatud vialis: 7 päevade arv
fr Stabilité en flacon ouvert: 7 jour
hr Stabilitnost otvorene bočice: 7 dana
it Stabilità della fiala aperta: 7 giorni
lt Stabilumas atidarius buteliuką: 7 dienu
lv Atvērt flakonu stabilitāti: 7 dienas
no Åpen rør/glass stabilitet: 7 dager
pl Trwałość po otwarciu fiolek: 7 Liczba dni
pt Estabilidade após abertura do frasco: 7 dias
ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcută: 7 zile
ru Стабильность вскрытого флакона: 7 дней
sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky: 7 dní
sl Stabilitnost odprte stekleničke: 7 dni
sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja: 7 dana
sv Hållbarhet för öppnad flaska: 7 dagar
tr Açık şişe stabilitesi gün: 7 gün

2

Параметър
Parametr
Parameter
Parameter
Παράμετρος
Parámetro
Parameeter
Paramètre
Parameter
Parametro
Parametras
Parameters
Parameter
Kryterium
Parámetro
Parametru
Параметр
Parameter
Parameter
Parameter
Parameter
Parameter

3

Средно
Průměr
Middelverdi
Mittelwert
Μέση
Media
Keskmine
Moyenne
Sredstvo
Media
Vidurkis
Nozīmē
Middelverdi
Średnia
Média
Medie
Среднее
Priemer
Povprečno
Srednja vrednost
Medelvärde
Ortalama

4

Обхват
Rozsah
Område
Bereich
Αναμενόμενο εύρος α
Intervalo
Vahemik
Intervalle
Raspon
Intervallo
Intervalas
Diapazons
Område
Zakres
Intervalo
Interval
диапазон
Rozsah
Območje
Opseg
Intervall
Aralığı

www.boule.com

 **Boule**
Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden

31340-12

1504543