

Boule H50V

Boule Vet-Cal-5Diff

CAL

LOT



42507-44

2025-09-05

Open vial stability: 4 days ¹



www.boule.com

Parameter ²	WBC 10 ⁹ /L	WBC (WOC) 10 ⁹ /L	RBC 10 ¹² /L	HGB g/dL	MCV fL	PLT 10 ⁹ /L
Mean ³ H50V	7.34	7.36	4.40	13.9	80.9	247
± Range ⁴	0.40	0.40	0.15	0.3	2.0	15

1	2	3	4
bg Трайност на отворен флакон: 4 дни	Параметър	Средно	Обхват
cs Stabilita otevřené ampulky: 4 dny	Parametr	Průměr	Rozsah
da Åben rør stabilitet: 4 dage	Parameter	Middelværdi	Område
de Stabilität geöffneter Flaschen: 4 tage	Parameter	Mittelwert	Bereich
el Διατήρηση δειγματος μετά την αποσφράγιση: 4	Παράμετρος	Μέση	Αναμενόμενο εύρος α
es Estabilidad de la cápsula abierta: 4 días	Parámetro	Media	Intervalo
et Stabiilsus avatud viaalis: 4 päevade arv	Parameeter	Keskmine	Vahemik
fr Stabilité en flacon ouvert: 4 jour	Paramètre	Moyenne	Intervalle
hr Stabilnost otvorene bočice: 4 dani	Parametar	Sredstvo	Raspon
it Stabilità della fiala aperta: 4 giorni	Parametro	Media	Intervallo
lt Stabilumas atidarius buteliuką: 4 dienų	Parametras	Vidurkis	Intervalas
lv Atvērt flakonu stabilitāti: 4 dienas	Parametrs	Nozīmē	Diapazons
no Åpen rør/glass stabilitet: 4 dager	Parameter	Middelverdi	Område
pl Trwałość po otwarciu fiolek: 4 Liczba dni	Kryterium	Średnia	Zakres
pt Estabilidade após abertura do frasco: 4 dias	Parâmetro	Média	Intervalo
ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute: 4 zi	Parametru	Medie	Interval
ru Стабильность вскрытого флакона: 4 дней	Параметр	Среднее	диапазон
sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky: 4 dní	Parameter	Priemer	Rozsah
sl Stabilnost odprte stekleničke: 4 dni	Parameter	Povprečno	Območje
sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja: 4	Parametar	Srednja vrednost	Opseg
sv Hållbarhet för öppnad flaska: 4 dagar	Parameter	Medelvärde	Intervall
tr Açık şişe stabilitesi gün: 4 gün	Parametre	Ortalama	Aralığı

Template id: 45012-5

 **Boule**
Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden