

Boule H50V

Boule Vet-Cal-5Diff

CAL

LOT



42609-44

2026-11-05

Open vial stability: 4 days ¹



www.boule.com

Parameter ²	WBC 10 ⁹ /L	WBC (WOC) 10 ⁹ /L	RBC 10 ¹² /L	HGB g/dL	MCV fL	PLT 10 ⁹ /L
Mean ³ H50V	7.90	7.48	4.32	13.6	86.8	278
± Range ⁴	0.40	0.40	0.15	0.3	2.0	15

1

bg Трайност на отворен флакон: 4 дни
cs Stabilita otevřené ampulky: 4 dny
da Åben rør stabilitet: 4 dage
de Stabilität geöffneter Flaschen: 4 Tage
el Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση: 4
es Estabilidad de la cápsula abierta: 4 días
et Stabiilsus avatud viaalis: 4 päevade arv
fr Stabilité en flacon ouvert: 4 jour
hr Stabilnost otvorene bočice: 4 dani
it Stabilità della fiala aperta: 4 giorni
lt Stabilumas atidarius buteliuką: 4 dienų
lv Atvērt flakonā stabilitāte: 4 dienas
no Åpen rør/glass stabilitet: 4 dager
pl Trwałość po otwarciu fiolek: 4 Liczba dni
pt Estabilidade após abertura do frasco: 4 dias
ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcută: 4 zi
ru Стабильность вскрытого флакона: 4 дней
sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky: 4 dní
sl Stabilitnost odprte stekleničke: 4 dni
sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja: 4
sv Hållbarhet för öppnad flaska: 4 dagar
tr Açık şişe stabilitesi gün: 4 gün

2

Параметър
Parametr
Parameter
Paramètre
Parametar
Parametro
Parametras
Parameter
Kryterium
Parâmetro
Parametru
Параметр
Parameter
Parameter
Parameter
Parametre

3

Средно
Průměr
Middelværdi
Mittelwert
Μέση
Media
Keskmine
Moyenne
Sredstvo
Media
Vidurkis
Nozīmē
Middelverdi
Średnia
Média
Medie
Среднее
Priemer
Povprečno
Srednja vrednost
Medelvärde
Ortalama

4

Обхват
Rozsah
Område
Bereich
Αναμενόμενο εύρος α
Intervalo
Vahemik
Intervalle
Raspon
Intervallo
Intervalas
Diapazons
Område
Zakres
Intervalo
Interval
диапазон
Rozsah
Območje
Opseg
Intervall
Aralığı

